

Wyjaśnienia do postępowania znak: DEiA-231-PN/15/06

*Pytania oferenta:*

- 1. Czy zamawiający w części D dopuszcza wytrząsarkę laboratoryjną z max. obciążeniem 3 kg a nie 4 kg?*
- 2. Czy zamawiający w części F1 i F2 dopuszcza zaoferowanie pipet o poj. 25-200µl zamiast 20-200µl?*

*Odpowiedź:*

*Ad. 1 – Tak, dopuszczamy.*

*Ad.2 – Nie dopuszczamy. Pojemność 20µl jest wykorzystywana w diagnostyce*