

## Przedmiot zamówienia

### Część A

#### **Zestaw do pobierania próbek wody z otworów hydrogeologicznych – 1 zestaw**

- pompa zanurzeniowa wyposażona w obciążnik
- głębokość pompowania wody do 40m głębokości
- średnica pompy max 36mm
- wydajność pompy min. 8l/min
- zasilanie pompy 12V prądu stałego
- wąż do poboru z przewodu giętkiego PE oraz przewód zasilający pompy spięte razem (zwój o dł. 50m), zamontowane na bębnie transportowym
- zasilanie akumulatorowe umożliwiające pompowanie
- ładowarka do akumulatora
- W dostawie urządzenie kompletne, gotowe do pracy
- Dokumentacja techniczna w języku polskim
- Dokument potwierdzający spełnienie norm w zakresie bezpieczeństwa CE
- Gwarancja min. 24 m-ce liczona od dnia dostawy do WSSE w Gorzowie Wlkp. oraz przedłużenie gwarancji o czas naprawy
- Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego
- w ramach dostawy bezpłatne szkolenie w siedzibie zamawiającego

### Część B

#### **Chłodziarka – 1 szt.**

- Wymiary zew. min. 170x60x60cm
- Pojemność min 300 l
- Klasa energetyczna min. A+
- Poziom hałasu max. 45dB
- Drzwi pełne – szt. 1
- Zmiana kierunku otwierania drzwi
- Półki pełne min. 5 szt.
- Funkcja automatycznego rozmrażania
- Zakres temp. 0 – +10°C
- W dostawie urządzenie kompletne, gotowe do pracy
- Dokumentacja techniczna w języku polskim
- Dokument potwierdzający spełnienie norm w zakresie bezpieczeństwa CE
- Gwarancja min. 24 m-ce liczona od dnia dostawy do WSSE w Gorzowie Wlkp. oraz przedłużenie gwarancji o czas naprawy
- Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego

### Część C

#### **Lampa analityczna – 1 szt.**

- moc: 2x40 W
- światło ultrafioletowe (potwierdzenie fluorescencji bakterii *Pseudomonas aeruginosa*)
- szkło powiększające
- obszar widoku: 50x100 mm
- W dostawie urządzenie kompletne, gotowe do pracy
- Dokumentacja techniczna w języku polskim
- Dokument potwierdzający spełnienie norm w zakresie bezpieczeństwa CE
- Gwarancja min. 24 m-ce liczona od dnia dostawy do WSSE w Gorzowie Wlkp. oraz przedłużenie gwarancji o czas naprawy
- Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego