

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.



66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B
tel. (95) 722-60-57, fax (95) 722-46-52

www.wsse.gorzow.pl

e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl

NIP: 599-10-23-564

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp., 29.03.2022 r.

OATZP.272.7.2022

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
o zamówienie publiczne**

Zapytania Wykonawców z dnia 24 marca 2022 r.

Zamawiający – Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Kompleksowe zaopatrzenie laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp.” ogłoszonego w TED (Tenders Electronic Daily) pod numerem 2022/S 052-134678 w dniu 15.03.2022 r. w odpowiedzi na przesłane pytania z dnia 24.03.2022 r., udziela następujących odpowiedzi:

Zapytania Wykonawców z dnia 24.03.2022 r.

Dotyczy części 47:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 części 47 kolumnienki o wypełnieniu węglem o wartości mieszczącej się w przedziale 16-18%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolumnienki o wypełnieniu węglem wartości mieszczącej się w przedziale 16-18%.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 części 47 kolumnienki o średniej wielkości porów 70A?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 1 części 47 kolumnienek o średniej wielkości porów 70A.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 części 47 opakowanie po 30 sztuk tak, aby sumaryczna liczba odpowiadała całkowitemu zapotrzebowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 1 części 47 opakowania po 30 sztuk.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 części 47 opakowanie po 30 sztuk tak, aby sumaryczna liczba odpowiadała całkowitemu zapotrzebowaniu?

niepodlega

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 2 części 47 opakowania po 30 sztuk.

Dotyczy części 3:

Pytanie 5: Czy Zamawiający w pozycji 6 części 3 mógłby podać przykład numeru katalogowego spełniającego zapis wkładki kwarcowej z wcięciem do detektora uECD chromatografu Agilent 6890?

Odpowiedź: Zamawiający nie może wskazać przykładowego numeru katalogowego produktu. Jednocześnie uszczegóławia opis przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji nr 6 (kolumna: Charakterystyka/szczegółowy opis) w części 3: wymienna wkładka (mixing liner) do detektora Micro ECD chromatografu gazowego Agilent Technologies 6890 (kwarcowa z wcięciem) o wymiarach 1.0 mm x 1.25 mm x 39 mm.

Załącznik:

Poprawiony Załącznik nr 1 – OPZ - część 3 chromatografia

DYREKTOR
lek. med. Dorota Konaszczuk

